"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko – Zdrój, dnia 10 września 2015 roku

PZ/577/2015

wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania na dostawę obłożeń pola operacyjnego

Zapytania Cz. I

Zapytanie 1:
Dotyczy Części XI: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie taśmy w wymiarze 9x50cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 48 godzin? Przedmiotem zamówienia są obłożenia operacyjne wykorzystywane w planowanych zabiegach, w związku z czym nie ma potrzeby dostarczania ich w tak krótkim czasie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części III serwety operacyjnej o wymiarach 230 x 300 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania gramatury i pozostałych parametrów wskazanych w siwz.

Zapytanie 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części IV niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk,
- 2 taśmy mocujące 9x50cm,
- 1 serweta na stół składana 150x 190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm),
- 1 elastyczna osłona na nogę 22x75cm,
- 1 serweta do operacji kończyn 230x300cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna),

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm),

pozostałe wymagania SIWZ spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części VII niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo,
- 4 ręczniki do rąk,
- 3 taśmy mocujące 9x50cm,
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm),
- 1 przylepna serweta średnia z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 180x180cm, warstwą chłonną 25x60cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna),
- 1 elastyczna osłona na nogę 30x120cm,
- 1 elastyczny bandaż 12cmx6m,
- 2 przylepne serwety 75x90cm z warstwą chłonną 25x60cm (3-warstwowe na całej powierzchni),
- 1 serweta z wycięciem „U" z warstwą chłonną i organizatorami przewodów, 230x260cm, wycięcie 20x100cm, warstwa chłonna 75x140cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna),
- 1 serweta przylepna duża 150x240cm z warstwą chłonną25x60cm i organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)

pozostałe wymagania SIWZ spełnione.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania gramatury i pozostałych parametrów wskazanych w siwz.

Zapytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi na zaoferowanie w Części VIII niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),
- 4 ręczniki do rąk,
- 2 taśmy mocujące 9x50cm,
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm),
- 1 elastyczna pończocha 22x75cm,

- 1 serweta do artroskopii z torebką na płyny 230x320cm 9torba na płyny trójkątna o wymiarach 105cm każdy bok) i z 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm + filtr i port do odsysania (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta),
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm), laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, grubość folii 33µm, części chłonnej polipropylen,
- Gramatura części podstawowej 75g /m^2.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania gramatury i pozostałych parametrów wskazanych w siwz.

Zapytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części X niżej opisanego zestawu?

- 1 taśma mocująca 9x50cm,
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo,
- 2 ręczniki do rąk,
- 2 przylepne serwety 75x90cm,
- 1 przylepna serweta średnia 180x180cm,
- 1 przylepna serweta duża 150x240cm,
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm (wzmocnienie serwety 75x190cm),
- laminat dwuwarstwowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów zgodnych z siwz.

Zapytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Części XIV fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS, w rozmiarach: 125cm – M, 135cm – L, 145cm –XL, 155cm – XXL, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza fartuchy z włókniny SMMS pod warunkiem zachowania gramatury 40g/m^2.

Zapytanie 9:

Dotyczy Części I, poz. 1: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej laminowanej w rozmiarze 150x175cm lub 150x200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 10:

Dotyczy Części II, poz. 1: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do znieczuleń przewodowych z przylepnym bokiem, laminowanej, z otworem 10x12cm, 2 warstwowej, w rozmiarze 60x90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 11:

Dotyczy Części IV, poz. 1: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety do artroskopii kolana z 2 elastycznymi otworami 5x7cm z torbą na płyny ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, 2 warstwowej, w rozmiarze 245x320cm i drenem 130cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełniania parametrów zgodnych z siwz.

Zapytanie 12:

Dotyczy Części VI, poz. 1: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów kolana wykonanego z 2warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m^2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g /m^2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110g /m^2) oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm,
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm,
- 1 serweta operacyjna z padem chłonnym z samouszczelniającym otworem (5x7cm) 225x320cm (pad 105x150cm) ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów,
- 1 serweta nieprzylepna 150x175cm,
- 1 osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełniania parametrów zgodnych z siwz.

Zapytanie 13:

Dotyczy Części VII, poz. 1: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zabiegów biodra wykonanego z dwuwarstwowego laminatu polipropylen / polietylen o gramaturze 55g /m^2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g /m^2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110g /m^2) oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm,
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm,
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170x300cm,
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U" z padem chłonnym („U" 10x95cm) 245x280cm (pad 150x16cm),
- 1 serweta nieprzylepna 150x200cm,
- 1 serweta nieprzylepna 75x90cm,
- 1 osłona na kończynę 35x120cm,
- 2 taśmy samoprzylepne,
- 4 ręczniki celulozowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełniania parametrów zgodnych z siwz.

Zapytanie 14:

Dotyczy Części VIII, poz. 1: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana wykonanego z 2warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g /m^2 oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm,
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm,
- 1 serweta nieprzylepna 150x175cm,
- 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 245x320cm (2 otwory 5x7cm) ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów,
- 1 osłona na kończynę 35x80cm,
- 2 taśmy samoprzylepne 10x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełniania parametrów zgodnych z siwz.

Zapytanie 15:

Dotyczy Części IX, poz. 1: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii barku wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g /m^2 oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm,
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm,
- 1 serweta do artroskopii barku z workiem na płyny (otwór 7x10cm) 225x400cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów,
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75x90cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 1 taśma samoprzylepna 10x50cm,
- 1 uchwyt Velcro 2x23cm,
- 4 ręczniki celulozowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełniania parametrów zgodnych z siwz.

Zapytanie 16:

Dotyczy Części X, poz. 1: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z 2-warstwowego laminatu oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140x190cm,
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm,
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm,
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 175x200cm,
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75x90cm,
- 1 taśma samoprzylepna 10x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 17:

Dotyczy Części XII, poz. 1: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę w rozmiarze 25x80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 18:
Dotyczy Części XIV, poz. 1: czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha chirurgicznego pełno barierowego wykonanego z włókniny typu SMMS o gramaturze 40g /m^2 oraz następujących rozmiarach:

- M -115cm,
- L – 125cm,
- XL – 140cm,
- XXL – 155cm,

pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź:
Tak. Zamawiający dopuszcza fartuchy z włókniny typu SMMMS i gramaturze 40g/ m^2.

Zapytanie 19:
Dotyczy Części I: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x200cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 20:
Dotyczy Części II: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x80cm z otworem 6x15cm, przylepną na rogach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 21:
Dotyczy Części III: czy Zamawiający dopuści serwetę o rozmiarze 250x315cm, w obszarze wzmocnienia 4-warstwowa o gramaturze powyżej 112,5g /m^2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza proponowane rozmiary, wymaga jednak właściwości wskazanych w siwz dla Części III.

Zapytanie 22:
Dotyczy Części V: czy Zamawiający dopuści tolerancje + /- 1 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 23:

Dotyczy Części VI: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów kolana, w którym włókna serwety głównej w obszarze wzmocnień jest 4-warstwowa o gramaturze powyżej 112,5g /m^2? Skład zestawu:

- serweta na stół narzędziowy 150x190cm,
- serweta Mayo 79x145cm,
- serweta operacyjna 150x190cm,
- osłona na kończynę 22x75cm,
- serweta operacyjna z elastycznym otworem o śr. 7 cm oraz ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów 230x315cm,
- 2 taśmy przylepne 9x49cm,
- 4 ręczniki celulozowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany skład zestawu, podtrzymuje jednak wymagania z siwz w zakresie parametrów dla Części VI.

Zapytanie 24:

Dotyczy Części VII: czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów biodra, w którym włóknina serwet głównych obszarze wzmocnień jest 4-warstwowa o gramaturze powyżej 112,5g /m^2? Skład zestawu:

- serweta na stół narzędziowy 150x190cm,
- serweta Mayo 79x145cm,
- 2 serwety pomocnicze 150x190cm i 75x90cm,
- osłona na kończynę 32x120cm,
- serweta operacyjna 175x300cm z taśmą przylepną i organizatorami przewodów,
- serweta operacyjna z wycięciem „U" 200x260cm,
- 2 taśmy przylepne,
- 4 ręczniki celulozowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany skład zestawu, podtrzymuje jednak wymagania z siwz w zakresie parametrów dla Części VII.

Zapytanie 25:

Dotyczy Części VIII: czy Zamawiający dopuście zestaw do artroskopii kolana, w którym włóknina serwety głównej jest 2-warstwowa o gramaturze powyżej 57,5g /m^2? Skład zestawu:

- serweta na stół narzędziowy 150x190cm,
- serweta Mayo 79x145cm,

- serweta operacyjna 150x190cm,
- osłona na kończynę 22x75cm,
- serweta operacyjna 230x320cm z elastycznym otworem 7cm z torbą na płyny ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, 2-warstwowa,
- 2 taśmy przylepne 9x49cm,
- 4 ręczniki celulozowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na proponowany skład zestawu, podtrzymuje jednak wymagania z siwz w zakresie parametrów dla Części VIII.

Zapytanie 26:

Dotyczy Części IX: czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii barku, w którym serwety główne są 2-warstwowe o gramaturze powyżej 57,5g /m^2, w tym serweta z wycięciem „U" posiada dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej? Skład zestawu:

- serweta na stół narzędziowy 150x190cm,
- serweta Mayo 79x145cm,
- osłona na kończynę 22x75cm,
- serweta operacyjna 240x170cm z wycięciem „U" 15x45cm ze zintegrowana torbą na płyny z zaworem do podłączenia drenu,
- serweta operacyjna 230x295cm z wycięciem „U" 10x70cm,
- 2 taśma przylepna 9x49cm,
- 4 ręczniki celulozowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 27:

Dotyczy Części X: czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

- serweta na stół narzędziowy 150x190cm,
- serweta Mayo 79x145cm,
- serweta samoprzylepna 150x240cm,
- serweta samoprzylepna 175x175cm,
- 2 serwety przylepne 75x90cm,
- taśma samoprzylepna,
- 4 ręczniki celulozowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 28:
Dotyczy Części XI: czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru +/- 1 cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 29:
Dotyczy Części XII: czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 22x75cm?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 30:
Dotyczy Części XIV: czy Zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS, dostępne w rozmiarach oznaczonych symbolami: L, LL, XL, XLL, szwy na rękawach do wysokości łokcia wykonane techniką ultradźwiękową, pozostałe parametry zgodne z siwz?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech [illegible]gawiec

Uwaga:
W przypadku zgody Zamawiającego na zmianę, prosimy o dostosowanie składanego w ofercie Formularza Ofertowego.