"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój dnia 21.07.2016 r.

PZ/385/2016

wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń do rehabilitacji na potrzeby Zakładu Przyrodoleczniczego Uzdrowiska.

ZAPYTANIA:

Zapytanie 1:

Dotyczy części IV – „Urządzenie do suchego hydromasażu"

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania innowacyjne urządzenie do suchego hydromasażu o następujących parametrach:

- Masaż całego ciała, masaż wybranych odcinków, masaż punktowy, masaż jednokierunkowy (drenaż limfatyczny)
- Obszar masażu: Całe ciało, Plecy, Odcinek lędźwiowy, Obręcz barkowa, Biodra/uda, Kompleksowo kończyny dolne, obszar wybrany indywidualnie przez użytkownika
- Programy: 30 programów wbudowanych w sterowniku i min. jeden program wolny do zapisania indywidualnego zabiegu
- Sterowanie za pomocą pilota ręcznego
- Możliwość regulacji:
  - ciśnienia (0 – 32 PSI) zapewniające głęboki masaż tkanek
  - prędkości pracy dysz
  - zakresu pracy dysz (0 – 30 stref)
  - czasu trwania masażu
  - kierunku masażu

- Temeratura wody: 29 – 40°C

- Pojemność wody: 96 litrów
- Pobór mocy: 2,5 – 4,0 kW
- Zasilanie sieciowe / bezpiecznik: 220 - 240 V / 30A
- Certyfikowany Wyrób Medyczny
- Znak CE (zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej) MDD (Medical Devices Directive), klasa I
- dopuszczalna masa pacjenta: 180 kg
- wymiary: długość: 230 cm, szerokość: 95 cm, wysokość: 65 cm
- waga urządzenia napełnionego: 250 kg
- łóżko częściowo wypełnione wodą – zapewniające maksymalny komfort pacjenta – bez efektu kołysania, z siatką podtrzymującą leżysko, która zapewnia pełne podparcie pacjenta i umożliwia swobodną zmianę ułożenia ciała w trakcie zabiegu. Ten system pozwala także pacjentowi opuścić łóżko w dowolnym momencie, nawet w trakcie masażu – bez ryzyka uszkodzenia wózka z dyszami
- zewnętrzny system chłodzenia, któy zapewnia stałą temperaturę wody, bez konieczności podłączania wody do chłodzenia i bez konieczności wykonywania przyłączy hydraulicznych. Takie rozwiązanie eliminuje koszty zużycia wody do chłodzenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Zapytanie 2:

Dotyczy części III – „Wanny uchylne"

Czy Zamawiający dopuści wannę uchylną z armaturą do kąpieli siarczkowych bez termostatu na wyposażeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Zapytanie 3:

Dotyczy części III – „Wanny uchylne"

Czy Zamawiający dopuści termin realizacji przedmiotu zamówienia do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Legawiec