"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 28.01.2016 r.

PZ/72/2016

wg rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych

ZAPYTANIA CZ. III

Zapytanie 1:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego czterosekcyjne leże pacjenta wykonane ze stalowej, ocynkowanej, odejmowanej siatki, co jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego przez Zamawiającego, ponieważ łatwo odejmowana, stalowa, ocynkowana siatka usprawnia procesy czyszczenia i dezynfekcji łóżka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łóżka szpitalne o regulacji wysokości 420-800 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 3:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łóżka szpitalne o regulacji kąta oparcia ud: 0-25 stopni i regulacji kąta oparcia podudzi 0-31 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 4:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łóżka szpitalne z barierkami wykonanymi ze stali lakierowanej lakierami epoksydowanymi z dodatkiem substancji antybakteryjnej, co zwiększa zalety sanitarne barierek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 5:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łóżka szpitalne z barierkami bocznymi opuszczanymi bezstopniowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 6:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łóżka szpitalne z kołami w blokadzie centralnej i kierunkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 7:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łóżka szpitalne bez stolika nakładanego na barierki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 8:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetragowego szafki przyłóżkowe, w których rama wykonana jest ze stali lakierowanej proszkowo, blat górny wykonany z ABS a fronty z laminatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 9:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek oddziałowy wykonany z polipropylenu z szufladami wykonanymi z laminatu, wyposażony w 6 szuflad o wysokości: 90mm, 90mm, 115mm, 115mm, 115mm, 210mm, bez przezroczystych pojemników do identyfikacji zawartości szuflady?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 10:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek oddziałowy bez

metalowego relingu z gumowymi regulowanymi zaciskami i bez listwy zasilającej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 11:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek oddziałowy o wymiarach zewnętrznych: wysokość x szerokość x głębokość 1000mm x 920mm x 550 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 12:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek oddziałowy z dużym koszem z jedną komorą?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 13:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko o następujących parametrach:

1. Łóżko szpitalne ze stałą wysokością leża;
2. Wymiary zewnętrzne 2170 x 990;
3. Funkcje łóżka: zmienna wysokość segmentu pleców, mechaniczna regulacja części plecowej za pomocą sprężyny gazowej z blokadą;
4. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze białym;
5. Leże 2-sekcyjne wypełnione metalowymi, profilowanymi, lakierowanymi proszkowo lamelami, przymocowanymi na stałe do leża. Szerokość pojedynczej lameli min. 80 mm. Stała wysokość leża 400 mm, kąt uniesienia oparcia pleców 72°;
6. Szczyty wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa ABS;
7. Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi;
8. Łatwo opuszczany i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias lub dźwignia umożliwiający demontaż szczytów;
9. Barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z min. 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z

normą EN 60601-2-52, wysokość barierek min. 470 mm nad poziomem leża bez materaca;

10. Dwupozycyjne barierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta;

11. Koła blokowane indywidualnie o średnicy 125 mm;

12. Przynajmniej 2 uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku;

13. Półka na pościel zamontowana na stałe pod łóżkiem;

14. Dopuszczalne obciążenie 200 kg;

15. Wyposażenie łóżka:

a) Stojak na kroplówkę z minimum 2 hakami;

b) Materac w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalny i łatwozmywalny, dwusegmentowy o wymiarach segmentów dopasowanych do segmentów leża łóżka. Gęstość wypełnienia materaca 30kg/m^3 (± 5kg/ m^3);

c) Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym. Wymiary zewnętrzne: Szerokość - 570 mm, Głębokość - 420 mm,Wysokość - 850 mm. Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne. Szafka o konstrukcji dwustronnej, skrzynia szafki wyposażona w półkę, oraz miejsce na 3 butelki 1,5l. Blaty szafki(główny i boczny) wykonane z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów. Półka na obuwie w dolnej części szafki. Dodatkowy blat boczny z możliwością chowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości w zakresie 780 – 1180 mm (+/- 10 mm) oraz nachylenia w min. 3 pozycjach, blat boczny o wymiarach 550 x 320 mm (+/- 10 mm);

16. Gwarancja min. 24 miesiące;

17. Łóżko i szafka z tymi samymi dodatkami kolorystycznymi – np. niebieski;

18. Łóżko trwale oznakowane znakiem CE;

19. Okres gwarancji min. 24 m-ce;

20. Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

21. Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji przynajmniej raz w roku;

22. Okres gwarancji dostępności części zamiennych od daty sprzedaży urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na parametry określone w pkt 2, 5, 9, 14, 15c w pozostałym zakresie Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 14:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżko o następujących parametrach:

1. Łóżko szpitalne z regulowaną wysokością leża (regulacje elektryczne);

2. Wymiary zewnętrzne 2170 x 990 mm;

3. Funkcje łóżka: zmienna wysokość leża oraz kąta uniesienia pleców i nóg, regulowane za pomocą siłowników elektro-mechanicznych sterowanych przewodowym pilotem;

4. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym w kolorze białym;

5. Leże 4-sekcyjne wypełnione metalowymi, profilowanymi, lakierowanymi proszkowo lamelami, przymocowanymi na stałe do leża. Szerokość pojedynczej lameli min. 80 mm;

6. Regulacja elektryczna: wysokości bez materaca na poziomie 380-800 mm, kąt uniesienia oparcia pleców 73°, kąt uniesienia oparcia nóg 40°;

7. Szczyty wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa sztucznego – zdejmowane;

8. Możliwość odjęcia szczytów bez użycia narzędzi;

9. Łatwo opuszczany i podnoszony stalowy, zatrzaskowy zawias lub dźwignia umożliwiający demontaż szczytów;

10. Barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z min. 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi, zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek min. 470 mm nad poziomem leża bez materaca;

11. Dwupozycyjne barierki boczne, posiadające bezpieczny mechanizm zamknięcia, uniemożliwiający przypadkowe opuszczenie przez pacjenta;

12. Koła z tworzywa z metalowym widelcem, antystatyczne o średnicy min. 125 mm z indywidualnymi blokadami i z funkcją jazdy kierunkowej;

13. Przynajmniej dwa uchwyty na woreczki na treści pacjenta, stojak na kroplówkę do zamontowania w 4 miejscach na łóżku;

14. Dopuszczalne obciążenie: 220 kg (± 20 kg)

15. Wyposażenie łóżka:

a) Materac czterokomorowy (2szt)

b) Materac wykonany z pianki poliuretanowej o gęstości 30 kg/m^3 (± 5 kg). Odpowiednia sprężystość pianki poliuretanowej w materacu zapewnia podczas leżenia i zmiany pozycji równomierne rozłożenie ciężaru ciała. Segmenty materaca dzielone o długościach dopasowanych do platformy leża łóżka. Szerokość i długość poszczególnych komór dopasowana do segmentów leża z dokładnością do 1 cm. Umożliwia przemieszczanie się poszczególnych komór segmentów razem z segmentami platformy leża. Pokrowiec wykonany z oddychającego materiału wodoszczelnego pokrytego powłoką PU. Nadający się do prania i dezynfekcji;

c) Stojak na kroplówkę (2 sztuki) z minimum 2 hakami;

d) Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym. Wymiary zewnętrzne: Szerokość - 570 mm, Głębokość - 420 mm,Wysokość - 850 mm. Konstrukcja wykonana z blach i kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne. Szafka o konstrukcji dwustronnej, skrzynia szafki wyposażona w półkę, oraz miejsce na 3 butelki 1,5l. Blaty szafki(główny i boczny) wykonane z tworzywa ABS z wystającymi, zaokrąglonymi krawędziami ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów. Półka na obuwie w dolnej części szafki. Dodatkowy blat boczny z możliwością chowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości w zakresie 780 – 1180 mm (+/- 10 mm) oraz nachylenia w min. 3 pozycjach, blat boczny o wymiarach 550 x 320 mm (+/- 10 mm);

e) Gwarancja min. 24 miesiące.

f) Rama wyciągowa (1 sztuka). Rama składająca się z aluminiowych profili oraz tworzywowych uchwytów/ zacisków skręcanych bez użycia narzędzi. Rama wykonana ze stali konstrukcyjnej i aluminium, montowana do ramy leża za pomocą tulei. Rama wykonana z kształtowników aluminiowych o przekroju ośmiokąta zapewniająca stabilność ramy. Możliwość ustawienia rur poprzecznych na dowolnej wysokości oraz dostosowanie szerokości i długości ramy. Długość maksymalna: 200 cm. Szerokość maksymalna: 90 cm. Wysokość maksymalna: 140 cm;

g) W podstawowym wyposażeniu:

- Bloczki do wyciągów: 2 szt.
- Zawiesia hakowe do zabiegów rehabilitacyjnych 2 szt.
- Uchwyty do podciągania dla pacjenta: 2 szt.

h) Materac przeciwodleżynowy (2 sztuki). Pneumatyczny materac przeciwodleżynowy rurowy zbudowany z komór, automatycznie i naprzemiennie wypełnianych powietrzem. Maksymalne obciążenie robocze: nie mniejsze niż 145 kg. Zakres ciśnienia: od nie więcej niż 50 do nie mniej niż 100 mmHg. Przepływ powietrza: od nie mniej niż 61/min. Funkcja reanimacyjna CPR – zawór spustu powietrza. Cykl pracy stały: 12 min (± 2 min). Alarm niskiego ciśnienia sygnalizowany dźwiękowo. Materac w pokrowcu przepuszczającym parę wodną, nieprzepuszczającym cieczy. Komory napełniane na przemian (w cyklu trzykomorowym). Pokrowiec materaca wykonany z poliuretanu zapinany na zamek błyskawiczny z oznaczeniem głowy i nóg w formie rysunku. Regulacja ciśnienia przy pomocy pompy o płynnej regulacji. Pompa zasilana elektrycznie, przystosowana do pracy 24 godziny na dobę. Pompa wyposażona w łatwy w wymianie filtr powietrza. Tryb statystyczny. Pompa utrzymująca ciśnienie w materacu w przypadku zaniku zasilania. Długość: 200 cm (± 5 cm) Szerokość: 85 cm (± 5 cm);

16. Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Produkt trwale oznakowany znakiem CE. Gwarancja min. 24 m-ce;
17. Łóżko i szafka z tymi samymi dodatkami kolorystycznymi – np. niebieski;
18. Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 w tym dokumenty wydawane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Certyfikat ISO producenta – EN ISO 14971:2009; EN ISO 13485:2003;
19. Łóżko trwale oznakowane znakiem CE

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na parametry opisane w pkt 2, 5, 6, 10, 15 d, w pozostałym zakresie Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 15:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji z anodowanego aluminium oraz wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 16:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści wózek z szufladami wykonanymi z natryskowo formowanego tworzywa (jednoczęściowe) łączącego zalety PC i ABS, z zaokrąglonymi brzegami, ze zintegrowanym uchwytem (na całej długości szuflady) z miejscem na opis i oznaczeniem kolorem. Szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych na łożyskach kulkowych, z całkowitym wysuwem, samo domykające się, wyposażone w podziałki umożliwiające dostosowanie przestrzeni w każdej szufladzie według potrzeb. Szuflady zdejmowane w szyn prowadnic bez użycia narzędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 17:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach konstrukcji bez akcesoriów 662x594x1050 h mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrażą zgodę.

Zapytanie 18:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający zrezygnuje z metalowego relingu z gumowanymi zaciskami umożliwiającymi stabilne ustawienie butelek o różnej objętości? Czy ewentualnie Zamawiający dopuści wyposażenie wózka w uchwyt na butelki wykonany ze stali nierdzewnej, do postawienia na blacie wózka, na gumowanych nóżkach uniemożliwiających przesuwanie się uchwytu po blacie, przeznaczony na 4 butelki o średnicy 80 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 19:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający wózek wyposażony w cztery koła o średnicy 150

mm, w tym 2 antystatyczne i 2 z hamulcem; niepozostawiające śladów na podłodze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 20:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści wózek z dwoma koszami na odpady wykonany z tworzywa, otwieranymi kolanem, każdy o pojemności 8 litrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 21:

Zapytanie dot. Części III: Czy zamiast dodatkowego pojemnika zawieszonego z boku wózka Zamawiający dopuści wyposażenie standardowe tj. dwie uchylne, transparentne półki boczne, półkę (np. na ssak), dodatkową wysuwaną (spod blatu) półkę boczną, przestrzeń na cewniki?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 22:

Zapytanie dot. Projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia montażu w zakresie oferowanych wózków medycznych. Zamawiający otrzymuje przedmiotowe wózki w postaci nadającej się do użytku, żadne czynności montażowe czy uruchomienie nie są więc konieczne. Jednocześnie prosimy o rezygnację z przeprowadzenia szkolenia personelu z obsługi, konserwacji i eksploatacji urządzenia – wózka. Oferowany wyrób jest bardzo prosty w obsłudze, a wykwalifikowany personel medyczny nie powinien mieć najmniejszych problemów z obsługą wózka w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją obsługi /w jęz. polskim, dostarczanej wraz z dostawą/, zawierającą wszystkie niezbędne informacje potrzebne do korzystania z niego. Ponad to ze sprzętu jakim jest oferowany wózek nie uzyskuje się żadnych informacji, które przez personel muszą być wykorzystane i poddane interpretacji, gdy nie jest to aparatura medyczna. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanego sprzętu przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 23:

Zapytanie dot. Projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności dokonania bezpłatnego przeglądu technicznego na koniec okresu gwarancji, z uwagi na fakt, iż producent nie wymaga takiego przeglądu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 24:

Zapytanie dot. Projektu umowy: Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności zapewnienia sprzętu zastępczy w czasie usuwania awarii, usterki sprzętu w okresie gwarancji, z uwagi na fakt, iż nie mamy na stałe na stanie magazynowym wózków – są one sprowadzane pod konkretne zamówienie, dla konkretnego Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 25:

Zapytanie dot. Projektu umowy: Czy w świetle zmiany KC od 01.01.2016 Zamawiający używając pojęcia odsetek za zwłokę ma na myśli odsetki za opóźnienie?

Odpowiedź:

Zamawiający w § 6 pkt 2 projektu Umowy miał na myśli odsetki za opóźnienie w płatności faktury.

Zapytanie 26:

Zapytanie dot. Części III: Nasz wózek nie był jeszcze wprowadzony do obrotu na terenie RP dlatego nie legitymujemy się powiadomieniem lecz Deklaracją Zgodności EC (dokument wymagany przez ustawę o wyrobach medycznych jako dopuszczający do obrotu). W tym stanie rzeczy prosimy o wyjaśnienie jakiego dokumentu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych żąda Zamawiający? Prosimy o wymienienie go z nazwy ewentualnie rezygnację z wymogu w zakresie cz. III. Pragniemy podkreślić że w tym stanie rzeczy Deklaracja Zgodności EC jest dokumentem koniecznym i wystarczającym który dopuszcza do obrotu wózek na terenie RP .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu posiadającego Deklarację Zgodności

EC pod warunkiem, że dokument ten dopuszcza przedmiotowy wózek do obrotu na terenie RP.

PROKURENT
Małgorzata Łukasik

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
PROKURENT
mgr Łukasz Pawłowski