"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 10.09.2015 r.

PZ/585/2015

wg rozdzielnika

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń pola operacyjnego

ZAPYTANIA CZ. II

Zapytanie 1:

Zapytanie dotyczy części II poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dwuwarstwową serwetę z włókniną absorbującą na powierzchni i folią na stronie tylnej o rozmiarze 75cm x 90 cm z otworem 6cm x 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2:

Zapytanie dotyczy części II poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dwuwarstwową serwetę z otworem przylepnym z 4-ma przylepcami w rogach serwety o rozmiarze 75cm x 80 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 3:

Zapytanie dotyczy części III poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę z otworem o rozmiarze 6cm x 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 4:

Zapytanie dotyczy części III poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę o rozmiarze

200 x 320 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 5:

Zapytanie dotyczy części IV poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę o rozmiarze 200 x 320 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 6:

Zapytanie dotyczy części IV poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę z otworem o rozmiarze 6cm x 8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 7:

Zapytanie dotyczy części IV poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę z otworem o rozmiarze 6cm x 8cm oraz osobno pakowaną torebkę na płyny w kształcie stożka o rozmiarze 60cm x 100cm i następujących właściwościach: foliowa, przezroczysta, ze sztywnikiem, z otworem samo- uszczelniającym, z punktowymi przylepcami do ufiksowania, z końcówką do podłączenia ssaka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 8:

Zapytanie dotyczy części V poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę na stolik Mayo o rozmiarze 80cm x 140 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 9:

Zapytanie dotyczy części VI poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw do zabiegów na kolana o następującym składzie:

Ilość sztuk	Skład zestawu	Rozmiar
1 szt.	Serweta na stolik	150cm x 190 cm
1 szt.	Serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona	80cm x 140 cm
1 szt.	Serweta ortopedyczna z otworem samouszczelniającym o wym. 6cm x 8 cm	200cm x 320 cm
1 szt.	Osłona na kończynę	30cm x 60cm
1 szt.	Taśma chirurgiczna przylepna	10cm x 50 cm
4 szt.	Serwetka chłonna do rąk	30cm x 30cm

Parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 10:

Zapytanie dotyczy części VII poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw do zabiegów biodra o następującym składzie:

Ilość sztuk	Skład zestawu	Rozmiar
1 szt.	Serweta na stolik	150cm x 190 cm
1 szt.	Serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona	80cm x 140 cm
1 szt.	Serweta z wycięciem U wycięcie U przylepne o wym. 8,5cm x 85 cm	200cm x 260 cm
1 szt.	Serweta z przylepcem	170cm x 300 cm
1 szt.	Serweta z przylepcem	160cm x 180cm
1 szt.	Osłona na kończynę	35cm x 120cm
2 szt.	Taśma chirurgiczna przylepna	10cm x 50 cm
4 szt.	Serwetka chłonna do rąk	30cm x 30cm

Parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 11:

Zapytanie dotyczy części VII poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowo osobno

pakowaną serwetę z włókniny na powierzchni z folią na stronie tylnej o rozmiarze 75cm x 90cm plus zestaw do zabiegów biodra o składzie:

Ilość sztuk	Skład zestawu	Rozmiar
1 szt.	Serweta na stolik	150cm x 190 cm
1 szt.	Serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona	80cm x 140 cm
1 szt.	Serweta z wycięciem U wycięcie U przylepne o wym. 8,5cm x 85 cm	200cm x 260 cm
1 szt.	Serweta z przylepcem	170cm x 300cm
1 szt.	Serweta z przylepcem	160cm x 180cm
1 szt.	Osłona na kończynę	35cm x 120cm
2 szt.	Taśma chirurgiczna przylepna	10cm x 50 cm
4 szt.	Serwetka chłonna do rąk	30cm x 30cm

Parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 12:

Zapytanie dotyczy części VIII poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw do artroskopii kolana o składzie:

Ilość sztuk	Skład zestawu	Rozmiar
1 szt.	Serweta na stolik	150cm x 190 cm
1 szt.	Serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona	80cm x 140 cm
1 szt.	Serweta ortopedyczna z otworem samouszczelniającym o wym. 6cm x 8cm, zintegrowana z torebką na płyny. Torebka na płyny ze sztywnikiem, otworem samouszczelniającym, końcówką odpływową	200cm x 320 cm
1 szt.	Osłona na przewody	14cm x 250cm
1 szt.	Osłona na kończynę	30cm x 60cm
2 szt.	Taśma chirurgiczna przylepna	10cm x 50cm
2 szt.	Serwetka chłonna do rąk	30cm x 30cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 13:

Zapytanie dotyczy części VIII poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwetę operacyjną o

rozmiarze 320cm x 200cm wykonaną z 3 warstwowej włókniny o gramaturze 51g/m^2 ze wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze min. 100g/m^2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytania 14:

Zapytanie dotyczy części X poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw uniwersalny:

Ilość sztuk	Skład zestawu	Rozmiar
1 szt.	Serweta na stolik	150cm x 190 cm
1 szt.	Serweta na stolik Mayo, wzmocniona, czerwona	80cm x 140 cm
1 szt.	Serweta z przylepcem	170cm x 240 cm
1 szt.	Serweta z przylepcem	170cm x 180cm
2 szt.	Serweta z przylepcem	75cm x 90cm
1 szt.	Taśma chirurgiczna przylepna	10cm x 50cm
4 szt.	Serwetka chłonna do rąk	30cm x 30cm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 15:

Zapytanie dotyczy części XII poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na osłonę na kończynę 30cm x 60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 16:

Zapytanie dotyczy części XIV poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch z równoważnej włókniny typu SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 17:

Zapytanie dotyczy części XIV poz.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fartuch o rozmiarach: M-124 cm, L-128 cm, XL-138 cm, XXL-157 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów o wskazanych rozmiarach pod warunkiem zachowania typu włókniny i gramatury zgodnej z SIWZ.

Zapytanie 18:

Zapytanie dotyczy części I poz.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety w rozmiarze 150 x 200cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 19:

Zapytanie dotyczy części V poz.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety na stolik Mayo w rozmiarze 78 x 145cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 20:

Zapytanie dotyczy części VI poz.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do zabiegów kolana wykonanego z trójwarstwowej, laminowanej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni włókniny (SPP/PE/SPP) o gramaturze 75 g/m^2 w następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm;
- 1 osłona na kończynę 35 x 80cm;
- 4 ręczniki do rąk 40 x 40cm;
- 1 serweta główna 230cm x 320 cm z samouszczelniającym otworem (śr 7cm), dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu (część krytyczna pola operacyjnego);

- 2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 21:

Zapytanie dotyczy części VIII poz.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii wykonanego z trójwarstwowej, laminowanej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni włókniny (SPP/PE/SPP) o gramaturze 75 g/m^2 w następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm;
- 1 osłona na kończynę 35 x 80cm;
- 1 osłona na przewód do kamery 14 x 250cm, złożona teleskopowo, z taśmą mocującą;
- 1 serweta pomocnicza 100 x 150cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm z samouszczelniającym otworem, zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażony w sztywnik do modelowania wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do ssaka;
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 22:

Zapytanie dotyczy części IX poz.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do artroskopii wykonanego z trójwarstwowej, laminowanej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni włókniny (SPP/PE/SPP) o gramaturze 75g/m^2 w następującym składzie:

- 1 serweta 250cm x 180cm U-kształtna ze zintegrowanym zbiornikiem na płyny;
- 1 serweta 230cm x 300 cm U-kształtna;
- 1 serweta pomocnicza 100 x 150cm;
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 78 x 145cm;

- 1 osłona na kończynę 30 x 75cm;
- 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm;
- 4 ręczniki;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 23:

Zapytanie dotyczy części X poz.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego z włókniny dwuwarstwowej (SPP/PE), laminowanej, nieprzemakalnej, chłonnej na całej powierzchni w następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200cm;
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50;
- 4 ręczniki 40 x 40.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 24:

Zapytanie dotyczy części XII poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 80cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 25:

Zapytanie dotyczy części XIV poz.1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów chirurgicznych pełno barierowych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 43 g/m^2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 26:

Zapytanie dotyczy części XIV poz.1: Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary fartuchów: M-115cm, L-127cm, XL-135cm, XXL-140cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 27:

Zapytanie dotyczy części X: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu nieznacznie różniącego się od podanego przez Zamawiającego, w którym serweta na stół narzędziowy ma wymiar 140 x 190cm, serweta samoprzylepna 150 x 240cm a do zestawu dołączone są 4 ręczniki do osuszania rąk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 28:

Zapytanie dotyczy części XI: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania taśmy samoprzylepnej o wymiarach 9x50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 29:

Zapytanie dotyczy części XII: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania osłony na kończynę o wymiarach 25 x 80cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 30:

Zapytanie dotyczy części XIV: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania fartucha pięciowarstwowego z włókniny SMMMS, zapewniającego większą barierowość, dostępnego w rozmiarach M-120cm, L-130cm, XL-140cm, XXL-150cm, XXXL-160cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Dodatkowe wyjaśnienia do zapytań Części I:

Dot. zapytania 8:

Prawidłowa odpowiedź powinna być: Zamawiający dopuszcza fartuchy z włókniny SMMMS pod warunkiem zachowania gramatury 35g/m^2.

Dot. zapytania 18:

W treści zapytania wpisano typ włókniny SMMS a powinno być SMMMS Odpowiedź pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Legawiec

Uwaga:

W przypadku zgody Zamawiającego na zmianę, prosimy o dostosowanie składanego w ofercie Formularza Ofertowego.