"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 18.04.2016 r.

PZ/205/2016

wg rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę implantów i materiałów do zabiegów ortopedycznych

ZAPYTANIA CZ. II

Zapytanie 1:

Zapytanie dot. Części XIV poz. 2: Czy ze względu na różnorodną ofertę produktów spełniających kryteria zawarte w części XIV poz.2. Zamawiający może sprecyzować pojęcie „Wkładki uzupełniające ubytki kostne"?

Odpowiedź:

Zamawiający precyzuje, iż w pozycji 2 części XIV wymaga zaoferowania augmentów służących do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Wykonanych w całości w technologii 3D poprawiającej pierwotne umocowanie endoprotezy w kości, jak również biologiczną fiksację augmentu. Augmenty w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych augmentów piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych augmentów piszczelowych (po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/ lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/ lewej przyśrodkowe) oraz 12 rozmiarów symetrycznych augmentów udowych (po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego).

Zapytanie 2:

Zapytanie dot. Części X poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Schanza samogwintujący o średnicy 5 mm dł. 175 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 3:

Zapytanie dot. Części XIII poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości łódkowatej z gniazdem heksagonalnym o średnicy 3,5 mm długość 14-70 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Ługowiec