"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 27.01.2016 r.

PZ/61/2016

wg rozdzielnika

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych

ZAPYTANIA CZ. II

Zapytanie 1:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko z płynną regulacją segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej z dźwignią umieszczoną pod leżem po obu stronach łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko z dwusegmentowym leżem wypełnionym stalowa siatką o wymiarach oczek 5x5 cm mocowaną na stałe malowana proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 3:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami posadowionymi w specjalnych tulejach, które nie wymagają blokowania szczytu przez zatrzask lub dźwignie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 4:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści barierki boczne metalowe malowane proszkowo składane wzdłuż ramy leża wykonane zgodnie z norą EN-60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 5:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści barierki boczne metalowe chromowane

składane wzdłuż ramy leża wykonane zgodnie z nora EN60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 6:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym istnieje możliwość zamontowania stojaka na kroplówkę w dwóch narożach od strony głowy pacjenta?

Czy Zamawiający dopuści łóżko (34 kpl.) z możliwością montażu wieszaka kroplówki w 2 narożach łóżka od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 7:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko z dopuszczalnym obciążeniem 200kg?

Czy Zamawiający dopuści łóżko (34 kpl.) o bezpiecznym obciążeniu 200 kg, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 8:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści stolik do karmienia nakładany na barierki wykonany z płyty laminowanej wyprofilowany w sposób aby mógł korzystać z niego leżący pacjent o szerokości dostosowanej do szerokości łóżka bez zagłębienia na kubek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 9:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu jednoczęściowym z pianką dopasowaną – ponacinaną do poszczególnych segmentów leża łóżka. Przez przeszywanie każdego segmentu oddzielnie właściwości materiału paroprzepuszczalnego, wodoszczelnego tracone są na skutek mini-otworów wykonywanych przez igłę maszyny do szycia. Przez otwory te do wnętrza materaca dostają się wydaliny, wydzieliny, płyny ustrojowe i może dochodzić do rozwoju bakterii, grzybów, pleśni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 10:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o następujących parametrach: Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo; Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym; Blat boczny z tworzywa HPL o wymiarach 550x340mm z regulowaną wysokością w zakresie 900-1030mm; Szafka o wymiarach 430x570mm wysokość 840mm; Szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy 50mm z czego dwa z hamulcami; Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych; Drzwi szafki i szuflady metalowe malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia; Blaty górny i boczny wykonane z tworzywa HPL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 11:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżko z czterosegmentowym leżem wypełnionym stalową siatką o wymiarach oczek 5x5 cm mocowaną na stałe malowana proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 12:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja wysokości w zakresie 410-820mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 13:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżka ze szczytami posadowionymi w specjalnych tulejach, które nie wymagają blokowania szczytu przez zatrzask lub dźwignie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 14:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści barierki boczne metalowe malowane proszkowo składane wzdłuż ramy leża wykonane zgodnie z norą EN-60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 15:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści barierki boczne metalowe chromowane składane wzdłuż ramy leża wykonane zgodnie z nora EN60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 16:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym istnieje możliwość zamontowania stojaka na kroplówkę w dwóch narożach od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 17:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści stolik do karmienia nakładany na barierki wykonany z płyty laminowanej wyprofilowany w sposób aby mógł korzystać z niego leżący pacjent o szerokości dostosowanej do szerokości łóżka bez zagłębienia na kubek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 18:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu jednoczęściowym z pianką dopasowaną – ponacinaną do poszczególnych segmentów leża łóżka. Przez przeszywanie każdego segmentu oddzielnie właściwości materiału paroprzepuszczalnego, wodoszczelnego tracone są na skutek mini-otworów wykonywanych przez igłę maszyny do szycia. Przez otwory te do wnętrza materaca dostają się wydaliny, wydzieliny, płyny ustrojowe i może dochodzić do rozwoju bakterii, grzybów, pleśni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 19:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści stolik do karmienia nakładany na barierki wykonany z płyty laminowanej wyprofilowany w sposób aby mógł korzystać z niego leżący pacjent o szerokości dostosowanej do szerokości łóżka bez zagłębienia na kubek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 20:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o następujących parametrach: Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo; Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym; Blat boczny z tworzywa HPL o wymiarach 550x340mm z regulowaną wysokością w zakresie 900-1030mm; Szafka o wymiarach 430x570mm wysokość 840mm; Szafka wyposażona w cztery kółka o średnicy 50mm z czego dwa z hamulcami; Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych; Drzwi szafki i szuflady metalowe malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia; Blaty górny i boczny wykonane z tworzywa HPL.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 21:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści podwójną ramę wyciągową z profili stalowych okrągłych chromowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 22:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści podwójna ramę wyciągową mocowaną (ze względu bezpieczeństwa) przy użyciu podstawowych narzędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 23:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do

oferty certyfikatu ISO 13485:2003? Oferowane wyroby medyczne łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace posiadają deklarację zgodności CE oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakłada na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003.

Zapytanie 24:

Zapytanie dot. Części II: Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju ma zostać przedstawiony certyfikat wg normy EN ISO 14971:2009. Norma ta dotyczy zarządzania ryzykiem wyrobów medycznych i jest uwzględniana podczas całego procesu certyfikacji danego wyrobu medycznego co jest odzwierciedlone w zapisach na deklaracji CE danego wyrobu. Czy takie zapisy będą dla Zamawiającego wystarczające?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu EN ISO 14971:2009.

Zapytanie 25:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający miał na myśli materac, w którym przepływ powietrza nie jest mniejszy od 6 l/min (słownie: 6 litrów na minutę)? Podany jest parametr 61/min (słownie sześćdziesiąt jeden na minutę). Jeśli poprawny jest parametr 6 l /min, pozwoli to na zaproponowanie materaca korzystnego cenowo co zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający w Części II w poz. 19 f wymaga zaoferowania materaca przeciwodleżynowego, w którym przepływ powietrza nie jest mniejszy niż 6 litr/min.

Zapytanie 26:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania do oferowanych

łóżek Certyfikatu ISO 14971:2003? Nie jest to obligatoryjny wymóg, wykonawca zapewnia wysoką jakość dostarczanej aparatury medycznej poświadczając to Certyfikatem ISO 9001:2008 do oferowanych łóżek sterowanych elektrycznie.

Odpowiedź:

Zamawiający w Części II odstępuje od wymogu posiadania Certyfikatów ISO producenta.

Zapytanie 27:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko (34 kpl.) o szerokości całkowitej 1030 mm, co różni się od parametru technicznego tylko o 3 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 28:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko (34 kpl.) z regulacją oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 29:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko (34 kpl) ze szczytami wykonanymi z metalowych, chromowanych rur wypełnionych płytą tworzywową typu hpl?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 30:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko (34 pkl.) bez zatrzasku, dźwigni umożliwiających demontaż szczytów? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczniejsze i nie wymaga dodatkowych dźwigni/zatrzasków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 31:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko (34 kpl.) wyposażone w barierki boczne metalowe spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 32:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko (34 kpl.) z półką na pościel o wymiarach 338x680 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 33:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający zamiast stolika nakładanego na barierki dopuści stolik którym można najechać nad łóżko pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 34:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość ze złożonym blatem bocznym 620 mm), głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 35:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłożkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blach, z metalowymi drzwiczkami oraz czołem szuflady?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 36:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty meblowej, nieprofilowanej, odpornej na wilgoć, temperaturę, środki dezynfekujące?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 37:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający wydzieli łóżka do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 38:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko z półką na pościel o wymiarach 338x580 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 39:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.) o szerokości całkowitej 1030 mm, co różni od parametru technicznego tylko o 3 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 40:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 400-800 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 41:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.) ze szczytami wykonanymi z metalowych, chromowanych rur wypełnionych płytą tworzywową typu hpl?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 42:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.) bez zatrzasku, dźwigni umożliwiających demontaż szczytów? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych dźwigni/zatrzasków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 43:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżko (2szt.) wyposażone w barierki

boczne metalowe spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 44:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.) z możliwością montażu wieszaka kroplówki w 2 narożach łóżka od strony głowy pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 45:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści łóżko (2 szt.) z półka na pościel o wymiarach 338x680 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 46:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający zamiast stolika nakładanego na barierki dopuści stolik którym można najechać nad łóżko pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 47:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 400 mm (szerokość ze złożonym blatem bocznym 620 mm) głębokość 430 mm, wysokość 810 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 48:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłożkową o konstrukcji wykonanej z ocynkowanej blachy, z metalowymi drzwiczkami oraz czołem szuflady?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 49:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami

wykonanymi z płyty meblowej, nie profilowanej, odpornymi na wilgoć, temperaturę, środki dezynfekujące?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 50:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający wydzieli łóżka do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 51:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści ramę wyciągową składającą się z metalowych rur pokrytych chromem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 52:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści ramę wyciągową metalową o zbliżonych parametrach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 53:

Zapytanie dot. Części II: Czy Zamawiający dopuści materac przeciwodleżynowy o parametrach równoważnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 54:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z możliwością zmiany wysokości/zmiany kąta nachylenia segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej z blokadą? Oferowane rozwiązanie jest nowocześniejsze od opisanego w SIWZ, zapewnia wygodne, łatwe w obsłudze i precyzyjne uzyskanie żądanej pozycji leża.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 55:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające dwusegmentowe leże pacjenta, wykonane z metalowej lakierowanej proszkowo siatki, utrwalonej poprzez wypalanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 56:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające dwusegmentowe leże pacjenta wypełnione panelami z płyty HPL, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję, promieniowanie UV oraz łatwej w dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 57:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane z polietylenu w technologii typu rotomuldingu z kolorowymi wklejkami (8 kolorów), łatwo zmywalne, odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV – szczyty wyjmowane bez użycia narzędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 58:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wykonane ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płyty HPL, łatwo zmywalne, odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV – szczyty wyjmowane bez użycia narzędzi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 59:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne

wyposażone w szczyty wyjmowane od strony nóg i głowy pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych zatrzaskowych zawiasów lub dźwigni? W przypadku konieczności uzyskania szybkiego dostępu do pacjenta, personel medyczny może jednym ruchem zdemontować szczytu bez potrzeby szukania mechanizmu odblokowującego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 60:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki metalowe lakierowane proszkowo?

Odpowiedź:

Odpowiedź w Zapytaniach Cz. I pytanie nr 6.

Zapytanie 61:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w barierki boczne z regulowaną ich wysokością poprzez odciągniecie bezpiecznego mechanizmu blokującego, uniemożliwiającego przypadkowe ich opuszczenie przez pacjenta oraz dające pewność bezpiecznego zamknięcia mechanizmu sygnalizowanego „kliknięciem".

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 62:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w wygodną w użytkowaniu wysuwaną półkę na pościel o wymiarach 560x300 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 63 :

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne bez dodatkowego stolika do karmienia nakładanego na barierki?

Odpowiedź:

Odpowiedź w Zapytaniach Cz. I pytanie nr 9.

Zapytanie 64:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w nakładany na barierki stolik do karmienia pacjenta, wykonany z płyty HPL?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 65:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w materac szpitalny jednosegmentowy spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 66:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych: szerokość 420 mm oraz 630 mm wraz z mechanizmem blatu bocznego, głębokość 430 mm, wysokość 820 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 67 :

Zapytanie dot. Części I : Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową posiadającą konstrukcję wykonaną z metalowych kształtników oraz blachy stalowej ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym w tym boki korpusu ramka szuflady, czoła szuflady oraz drzwi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 68:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową składającą się z szuflady wysuwanej spod górnego blatu oraz dolnej części skrzyni zamykanej drzwiczkami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 69:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z blatem głównym oraz półki bocznej wykonanymi z płyty HPL nieprofilowanej, odpornej na wilgoć, temperaturę i środki dezynfekcyjne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 70:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową z rozkładanym blatem bocznym z możliwością pozostawienia na nim kubka i sztućców bez specjalnie wyznaczonej na te rzeczy strefy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 71:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyroby posiadające dokumenty dopuszczające je do obrotu na terenie UE i Polski zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Dz. U. Z 2010 r. nr 107 poz. 679 w tym deklaracje zgodności CE wydane przez producenta oraz zgłoszenie lub wpis do Urzędu rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów Biobójczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 72:

Zapytanie dot. Części I pkt 7: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czym są profile typu ERW? Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko ze stałą wysokością wykonane z profili stalowych, lakierowanych proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż ERW to technika zgrzewania między sobą elementów wskutek czego otrzymuje się bardzo trwałe wiązanie materiałów. Zastosowanie zgrzewania elektrycznego oporowego (ERW) przy łączeniu elementów łóżka szpitalnego gwarantuje uzyskanie mocnej i wytrzymałej konstrukcji pozwalającej na długoletnią eksploatację. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie łóżka ze stałą wysokością wykonanego z

profili stalowych, lakierowanych proszkowo.

Zapytanie 73:

Zapytanie dot. Części I pkt. 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko o stałej wysokości, posiadające zatrzask uniemożliwiający/umożliwiający demontaż szczytu łóżka?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 74:

Zapytanie dot. Części I pkt. 18: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko o stałej wysokości, nieposiadające półki na pościel pod leżem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 75:

Zapytanie dot. Części I pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko o stałej wysokości, z dopuszczalnym obciążeniem wynoszącym 180kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 76:

Zapytanie dot. Części I pkt 20 poz. b: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko o stałej wysokości, niewyposażone w nakładany na barierki stolik do posiłków? Pozwoli to w znacznym stopniu obniżyć cenę zakupu łóżka, a przecież szafeczki wymagane przez Zamawiającego wyposażone są w blat do karmienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 77:

Zapytanie dot. Części I pkt 20 poz. d: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności wysokiej jakości szafeczkę przyłóżkową z blatem bocznym do karmienia pacjentów o wymiarach: szerokość 570mm, głębokość 430 mm, wysokość 850 mm, zakres regulacji wysokości blatu bocznego 730-1000 mm. Szkielet szafeczki wykonany z profili stalowych, korpus metalowy, lakierowany proszkowo na biało. Fronty szuflad i drzwiczek

stalowe, lakierowane proszkowo na pożądany przez Zamawiającego kolor. Blaty odporne na wilgoć, temperaturę, środki dezynfekujące. Szafka dwustronna.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 78:

Zapytanie dot. Części III pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek oddziałowy wyposażony w 5 szuflad o wysokościach licząc od góry do dołu: 1 szuflada 110 mm, 2 szuflada 110mm, 3 szuflada 120 mm, 4 szuflada 120mm, 5 szuflada 210 mm. Szuflady blokowane centralnym zamkiem, oparte na prowadnicach kulkowych gwarantujących 100% wysuwa szuflady. Uchwyty szuflad z miejscem na karteczkę z opisem zawartości szuflady. Wewnątrz szuflad konfigurowane podziałki, służące odpowiedniej segregacji zawartości. Szuflady łatwo i szybko demontowalne bez użycia narzędzi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 79:

Zapytanie dot. Części III pkt 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek oddziałowy bez zacisków na butelki, z listwą zasilającą znajdującą się z boku wózka. Trzy chromowane relingi po bokach i z tyłu blatu wózka nie dość, że zabezpieczają przedmioty z blatu przed spadnięciem, to stanowią także świetne uchwyty do prowadzenia wózka. Wózek wyposażony w 4 cichobieżne, niebrudzące posadzki kółka o średnicy 100mm, w tym 2 z blokadami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 80:

Zapytanie dot. Części III pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek oddziałowy o wymiarach konstrukcyjnych bez akcesoriów wynoszących: szerokość 650 mm, głębokość korpusu 450 mm, wysokość 970 mm, głębokość podstawy 500 mm.

Odpowiedź:

Zapytanie 81:

Zapytanie dot. Części III pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości

wózek oddziałowy wyposażony w: wieszak kroplówki z możliwością regulacji, obrotowa półka pod defibrylator, płyta do resuscytacji, dwa tworzywowe kosze z pokrywami wahadłowymi ulokowane na szynach z boku wózka, uchwyt na butlę z tlenem ulokowany na szynach z boku wózka, dodatkowy druciany kosz na akcesoria z boku wózka (a w nim opcjonalnie pojemnik na ostre rzeczy), dodatkowy wysuwany blat boczny o wymiarach użytkowych: 330x350 mm, blat główny wykonany ze stali nierdzewnej, co ogranicza namnażanie się bakterii, szynowy system mocowania akcesoriów, co pozwala łatwo rekonfigurować lub rozbudować wózek w zależności od potrzeb personelu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PROKURENT
Małgorzata Łukasik

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
PROKURENT
mgr Łukasz Palmowski