"Uzdrowisko Busko-Zdrój" Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko-Zdrój, dnia 26.01.2016 r.

PZ/56/2016

**wg rozdzielnika**

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych

ZAPYTANIA CZ. I

Zapytanie 1:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wymiarach zewnętrznych 2000 x 1000 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ze zmienną wysokością segmentu pleców oraz zmienną wysokością segmentu ud?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 3:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z czterosegmentowym leżem wykonanym zgodnie z opisem Zał. Nr 1 do SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 4:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kątem uniesienia pleców 60°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 5:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ze szczytami bez zatrzaskowych zawiasów czy dźwigni? Rozwiązanie konstrukcyjne producenta zapewnia całkowite bezpieczeństwo użytkowania, również podczas transportu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 6:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi metalowymi lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 7:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez półki na pościel pod łóżkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 8:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z dopuszczalnym obciążeniem do 180 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 9:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez stolika nakładanego na barierki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 10:

Zapytanie dot. Części I: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wymiarach zewnętrznych 48x48x75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 11:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wózek reanimacyjny o następujących parametrach:

- wózek wykonany ze stali malowanej proszkowo;
- 5 szuflad ( 2 szuflady o wys. 76 mm; 2 szuflada o wys. 155 mm, 1 szuflada o wys. 234 mm);
- pierwsza szuflada posiada dodatkowe zamknięcie np. na leki o działaniu narkotycznym;
- dwie szuflady (76mm oraz 155mm wyposażone w plastikowe przedziałki z możliwością dowolnej konfiguracji);
- centralny zamek;
- wysuwany blat boczny;
- regulowany wieszak na płyny infuzyjne;
- obrotowa podstawa pod defibrylator;
- płyta umożliwiająca przeprowadzenie RKO;
- pojemnik na ostre elementy (min. igły, strzykawki, probówki);
- uchwyt na butlę z tlenem;
- zamykany kosz na odpady z pokrywą wahadłową;
- koła przeciwpyłowe;
- blat roboczy wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS;
- wózek na 4 kołach o średnicy 125 mm, z hamulcem na dwa koła i dodatkowym hamulcem kierunkowym;
- odboje na całej długości wózka;
- wózek w kolorze czerwonym;
- wymiary wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 690 x 518 x 1006 mm;
- gwarancja 24 msc

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 12:

Zapytanie dot. Części III: Czy dla parametrów „wkłady szuflad jednoczęściowe, odlane w

formie bez elementów łączenia" i „wkład stanowiący wypełnienie szuflady wyciągany bez konieczności demontażu całej szuflady" Zamawiający dopuści wózek oddziałowy, którego szuflady wykonane są z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (bez elementów łączenia, nie spawane) w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji; szuflady z możliwością szybkiego demontażu (bez użycia narzędzi)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 13:

Zapytanie dot. Części III: Czy dla parametru „metalowy reling z gumowymi regulowanymi zaciskami umożliwiającymi stabilne ustawienie butelek różnej głębokości" Zamawiający dopuści wózek oddziałowy, wyposażony z boku w specjalne miejsce/uchwyt na butelki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 14:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści wózek oddziałowy, posiadający głębokość korpusu 550 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 15:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści wózek oddziałowy, posiadający głębokość podstawy 620 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 16:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści wózek oddziałowy, wyposażony w pojemnik na odpady z wysokiej jakości tworzywa, o poj. 14 l, otwierany kolanem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 17:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości

wózek, którego konstrukcja (kolumny, ściany boczne i tylna) wykonana jest z nierdzewnych aluminiowych paneli, a blat oraz podstawa wykonane są z materiału ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 18:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek, który zamiast metalowego relingu na butelki wyposażony będzie w nadstawkę z możliwością przechowywania 6 butelek o pojemności 50 ml i średnicy 80 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 19:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej umieszczony z prawej strony wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 20:

Zapytanie dot. Części III: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w duży kosz o pojemności 8l otwierany poprzez naciśnięcie frontu kolanem – kosz z jedną komorą z możliwością stosowania wymiennych worków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PROKURENT
Małgorzata Łukasik

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
PROKURENT
mgr Łukasz Palmowski