“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna
28-100 Busko-Zdrój
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

Busko – Zdrój, dnia 30 listopada 2015 roku

PZ/758/2015

wg rozdzielnika

dotyczy postępowania na dostawę fabrycznie nowego aparatu rentgenowskiego z ramieniem C na potrzeby Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego „Górka”

ZAPYTANIA CZ. I

Zapytanie 1:
Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn – pt (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wyjaśniamy, iż serwis pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyżej propozycji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 2:
Dotyczy §4 „termin wykonania zamówienia” siwz: rozumiemy, że w ww punkcie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli „termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy” zgodnie z zapisem w projekcie umowy w §13?
Odpowiedź:
Udzielenie zamówienia oznacza zawarcie umowy a zatem zapis jest prawidłowy. Zamawiający dokona jednak korekty w pliku „RAMIE_C_ZMIANA_SIWZ” na „2 tygodnie od dnia zawarcia umowy”.

Zapytanie 3:
Dotyczy pkt 65 §3 ust. 2 „opis przedmiotu zamówienia” siwz. W związku z tym, że Zamawiający wyznaczył czas reakcji serwisu taki sam jak na naprawę (dla naprawy niewymagającej sprowadzenia części zamiennych) zaledwie 48 godzin, zwracamy się z prośbą o modyfikację ww punktu poprzez wydłużenie czasu na usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych (w przypadku naprawy bez udziału części zamiennych) liczony od momentu zgłoszenia (a więc z uwzględnieniem czasu na reakcję serwisu). Określony przez Zamawiającego czas na naprawę 48 godzin, w którym należy uwzględnić również czas reakcji serwisu jest niemożliwy. Wyjaśniamy, że na czas reakcji serwisu składa się: przyjęcie zgłoszenia, przyjazd serwisu na miejsce naprawy (czyli niezbędny cza na dojazd) celem dokonania naprawy. Natomiast naprawa podejmowana jest na miejscu, niezwłocznie po zdiagnozowaniu uszkodzenia. Ponadto czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak

również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść 7-10 dni roboczych. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie czasu na usunięcie uszkodzenia do 5 dni roboczych (dla naprawy niewymagającej sprowadzenia części zamiennych).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 4:

W nawiązaniu do §3 ust. 4 „opis przedmiotu zamówienia” siwz, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu udostępniania sprzętu zastępczego (w przypadku przedłużającej się naprawy) a ewentualnie ograniczenie do zapewniania w sytuacji jw. podzespołu, części urządzenia. Wyjaśniamy, że zapewnienie sprzętu zastępczego, w przypadku urządzenia rentgenodiagnostycznego, montowanego na stałe do podłoża jest niemożliwe. Najpierw należy zdemontować uszkodzony aparat, przygotować ponownie pomieszczenie pod instalację zastępczego aparatu, zainstalować go, przeprowadzić kalibrację, ale najważniejsze uruchomić aparat. Uruchomienie aparatu zastępczego jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego / Użytkownika pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie tego aparatu, co wiąże się z długim okresem wyczekiwania, wynoszącym realnie 1 miesiąc a w tym czasie można naprawić uszkodzony system. Dlatego też, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez odstąpienie od wymogu zapewnienia sprzętu zastępczego, a ograniczenie się jedynie do wymogu zapewnienia podzespołu, części zamiennej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, aparat jest jezdny na kółkach.

Zapytanie 5:

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na pytanie 4:

- prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia aparatu zastępczego dla naprawy trwającej dłużej niż 7 dni roboczych,
- rozumiemy i prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze nie zostanie obciążony karą umowną?

Wyjaśniamy, że aparat zastępczy w pełni zastępuje uszkodzony aparat, realizując zaplanowane zabiegi i procedury, nie naruszając i nie zakłócając harmonogramu pracy Zamawiającego / Użytkownika. Nie ma więc podstaw, aby karać w takim przypadku Wykonawcę. Ponadto nie można karać dwukrotnie za to samo przewinienie: żądać aparatu zastępczego oraz naliczać kar umownych, w przypadku jeśli na czas przedłużającej się naprawy Wykonawca zapewnia aparat zastępczy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu dla naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych. Wykonawca, który dostarczy aparat zastępczy nie zostanie obciążony karą umowną.

Zapytanie 6:

Dotyczy §11 Wzoru umowy . w nawiązaniu do ww punktu, zwracamy się z prośbą o obniżenie kary w przypadku opóźnienia w dostawie do 0,2% wartości brutto

przedmiotu umowy. Wyjaśniamy, ze w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach jw. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 7:

Dotyczy zapisu §11 wzoru umowy „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki”. Prosimy o potwierdzenie, że powyższa kara dotyczy zwłoki w terminie dostawy.

Odpowiedź:

Kara zostanie naliczona w przypadku zwłoki w terminie dostawy.

Zapytanie 8:

Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 1 Zamawiający podał „prąd skopii ciągłej / impulsywnej min. 10mA”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z prądem fluoroskopii ciągłej 4 mA i impulsowej 8mA, która niewiele różni się od wymaganej i nie ogranicza funkcji sprzętu oraz nie wpływa na sprawność i trafność zabiegowo – diagnostyczną. Dalego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej ww wartości.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Zapytanie 9:

Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 7 Zamawiający podał „prąd radiografii analogowej i cyfrowej min. 20 mA”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z prądami 100mA dla radiografii analogowej i 12mA dla radiografii cyfrowej, które nie ograniczają funkcji sprzętu oraz nie wpływają na sprawność i trafność zabiegowo – diagnostyczną. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej ww wartości.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Zapytanie 10:

Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 11 Zamawiający podał „Skopia pulsacyjna w zakresie 1 do 25 pulsów/s”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji ze skopia pulsacyjną w zakresie 0,5 do 15 impulsów/s, która niewiele różni się od wymaganej i nie ogranicza funkcji sprzętu oraz nie wpływa na sprawność i trafność zabiegowo – diagnostyczną. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Zapytanie 11:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 12 Zamawiający podał „kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie 10-25ms”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z czasem trwania pulsu 30ms, który nieco przewyższa podany zakres ale nie ogranicza funkcji sprzętu oraz nie wpływa na sprawność i trafność zabiegowo – diagnostyczną. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej ww wartości.
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 12:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 14 Zamawiający podał „lampa ze stacjonarną anodą – jednoogniskowa”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z lampą dwuogniskową o ogniskach 0,3 / 0,6mm z anodą wirującą, znacznie lepszą eksploatacyjnie i diagnostycznie od stacjonarnej, która poprawia funkcje sprzętu oraz zwiększa żywotność i sprawność oraz trafność zabiegowo – diagnostyczną. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie lampy dwuogniskowej z wirującą anodą.
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 13:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 17 Zamawiający podał „pojemność cieplna kołpaka min. 1100kHU”. Aparaty RTG ramię C wyposażone w kołpaki lub głowice rtg. Kołpak zawiera jedynie lampę rtg, stojan wirowania anody tej lampy, jeśli ona wiruje, oraz gniazda do podłączenia żarzenia i kabli WN. Układ zasilania żarzenia i wytwarzania wysokiego napięcia WN znajduje się poza kołpakiem rtg. W głowicy rtg oprócz lampy rtg, stojana wirowania anody tej lampy, jeśli ona wiruje znajduje się układ zasilania żarzenia i wytwarzania wysokiego napięcia WN. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie obu rozwiązań konstrukcyjnych przez zmianę opisu na następujący *„pojemność cieplna kołpaka lub głowicy rtg min. 1100 kHU”.*
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 14:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 18 Zamawiający podał „szybkość chłodzenia anody min. 50,5 kHU/min.” Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z dwuogniskową lampą rtg o wirującej anodzie z szybkością chłodzenia anody 40 kHU/min, który niewiele różni się od wymaganej i nie ogranicza funkcji sprzętu oraz nie wpływa na sprawność i trafność zabiegowo – diagnostyczną. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej ww wartości.
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 15:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 21 Zamawiający podał „waga wózka z ramieniem C max. 315 kg”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z wózkiem z ramieniem C o wadze 335kg, która niewiele różni się od wymaganej i nie ogranicza funkcji sprzętu oraz nie wpływa na sprawność i trafność zabiegowo – diagnostyczną. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej ww wartości.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 16:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 25 Zamawiający podał „zakres ruchu poziomego ramienia C min. 21 cm”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z zakresem ruchu poziomego ramienia C 20 cm, która niewiele różni się od wymaganej i nie ogranicza funkcji sprzętu oraz nie wpływa na sprawność i trafność zabiegowo – diagnostyczną. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej ww wartości.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 17:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 26 Zamawiający podał „ zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z zakresem ruchu pionowego ramienia 40cm, która niewiele różni się od wymaganej i nie ogranicza funkcji sprzętu oraz nie wpływa na sprawność zabiegowo – diagnostyczną. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej ww wartości.
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 18:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 29 zamawiający podał „całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min. 220^0”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z całkowitym obrotem ramienia wokół osi poziomej 210^0, która niewiele różni się od wymaganej wartości i nie ogranicza funkcji sprzętu oraz nie wpływa na sprawność i trafność zabiegowo – diagnostyczną. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej ww wartości.
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 19:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 33 Zamawiający podał „wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z dźwignią do sterowania kołami i dźwigniami blokowania (hamulcami)

jednostki z łukiem C w dowolnym ustawieniu kół, które stanowią pewniejsze rozwiązanie konstrukcyjne niż wymagane. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanego rozwiązania konstrukcyjnego.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Zapytanie 20:

Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 34 Zamawiający podał „wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 6 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C, podać opisać rozwiązania zaoferowane”. Lepszym lub co najmniej równoważnym do programowalnego pedału są dekretowane programowo na pulpicie sterowania wielorakie kombinacje trybu pracy przekraczające wartość 6 trybów dla jednego pedału i sposoby zapisu pojedynczych obrazów LIH. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanego rozwiązania funkcjonalnego.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Zapytanie 21:

Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 39 zamawiający podał „monitor HD medyczny umieszczony na wózku ramienia C” i jednocześnie w pozycji 40 podał „monitor o przekątnej min. 24”, rozdzielczość min. 1900x1200”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z dwoma monitorami 19” do prezentacji obrazu rzeczywistego i obrazu odniesienia, co jest rozwiązaniem lepszym od wymaganego bo poprawia funkcjonalność sprzętu oraz zwiększa sprawność i trafność zabiegowo – diagnostyczną i nie wymaga prezentacji podglądu fluoroskopii na monitorze dotykowym sterowania łukiem Ci trybami jego pracy. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanego rozwiązania konstrukcyjnego poprzez zmianę opisu parametrów 39 i 40 odpowiednio na następujące *„ monitor HD dwa monitory medyczne umieszczone na wózku ramienia C lub na oddzielnej jezdnej stacji roboczej”* i *„monitor o przekątnej min. 24”lub dwa monitory medyczne. Tak rozdzielczość monitora 24” min. 199x1200 pikseli lub każdego z monitów 19” min. 1280x1024 pikseli”.*

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Zapytanie 22:

Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 41 Zamawiający podał „kąt widzenia (obrazu min. 176^0). Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z dwoma monitorami o kącie widzenia 170^0, który niewiele różni się od wymaganej i nie ogranicza funkcji sprzętu oraz nie wpływa na sprawność i trafność zabiegowo – diagnostyczną. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej ww wartości.

Odpowiedź:

Zgodnie z siwz.

Zapytanie 23:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 43 Zamawiający podał „ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z mozaiką 7-miu obrazów wyświetlanych jednocześnie na monitorze, która niewiele różni się od wymaganej i nie ogranicza funkcji sprzętu oraz nie wpływa na sprawność i trafność zabiegowo – diagnostyczną. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej ww wartości.
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 24:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 44 Zamawiający podał „matryca obrazu zapamiętanego min. 1024x1024 pikseli x 30 bit”. Nie istnieje na świecie żaden sprzęt rtg, który zapamiętuje obraz, czyli jego skalę szarości w rozmiarze 30bit. Prawdopodobnie 30 bit dotyczy systemu operacyjnego 32 bitowego lub 64 bitowego, na którym bazuje system obrazowania. Firma [….nazwa firmy ….] podaje w danych katalogowych łuków C skalę odcieni szarości 12 bit. Pragniemy zaoferować zestar rtg najnowszej generacji z matrycą obrazu zapamiętanego 1024 x 1024 pikseli oraz skalą szarości 14 bit, która przewyższa aż czterokrotnie ten parametr w sprzęcie […….]. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanej wartości.
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 25:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 56 Zamawiający podał „monitor dotykowy znajdujący się na wózku ramienia C kolorowy do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu w skopii”. Pragniemy zaoferować zestaw rtg najnowszej generacji z dwoma monitorami 19” do prezentacji obrazu rzeczywistego i obrazu odniesienia (opis w poz. 39 i 40 - Zapytanie 21) przez co zbędna jest prezentacja podglądu fluoroskopii na monitorze dotykowym sterowania łukiem C i trybami jego pracy. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie kolorowego monitora dotykowego znajdującego się na wózku ramienia C i przeznaczonego d o sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu bez podglądu fluoroskopii.
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 26:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 58 Zamawiający podał „videoprinetr na papier”. W tym opisie brakuje danych papieru przez co Wykonawca może dostarczyć drukarkę obrazu video dla USG a nie dla rtg, który wymaga papieru A4 (210mm). Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i podanie szerokości papieru rolkowego.
Odpowiedź:
Videoprinter na papier 110mm.

Zapytanie 27:
Dotyczy §3 siwz i tabeli parametrów załącznika nr 1 do siwz:
w pozycji 47 Zamawiający podał „archiwizacja obrazów w formacie TIFF”. Co najmniej równoważnym do formatu TIFF są BMP oraz JPG. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i dopuszczenie wnioskowanych formatów przez zmianę opisu na następujący *„archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub / BMP / i/lub JPG”.* Bezsprzecznie najlepszym i powszechnie wymaganym formatem archiwizacji całych danych badań (danych i obrazów badania) jest format DICOM, który oprócz lokalnej archiwizacji badań na dysku jednostki łuku C i na nośnikach USB (ewentualnie CD / DVD) pozwala przede wszystkim na transfer oraz archiwizację badań na interfejs w archiwum PACS. DICOM umożliwia także pobierania z listy pacjentów z systemu RIS.

Do pełnej komunikacji potrzebne są procedury DICOM:

- DICOM STORE,
- DICOM WORKLIST,
- DICOM PRINT,
- DICOM MPPS,
- DICOM STORAGE AND COMMITMENT,
- DICOM NAGRYWANIE CD/DVD (z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM),
- DICOM MAGRYWANIE NA PENIE USB (z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM).

Wnosimy o wyjaśnienie czy brak wymagania procedur DICOM jest zamierzony a jeśli nie to jakie z ww procedur będą przez Zamawiającego wymagane.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga archiwizacji obrazów w formacie TIFF, dopuszcza się rozwiązania równoważne.

Zapytanie 28:
W §4 siwz Termin wykonania zamówienia podano „Termin wykonania przedmiotu postępowania: 2 tygodnie od dnia udzielenia zamówienia” a w §13 Załącznika Nr 4 do siwz –Projekt umowy – podano „Termin wykonania umowy: 2 tygodnie liczone od dnia zawarcia umowy”. Nie jest możliwe dostarczenie sprzętu w takim terminie. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i wydłużenie go do 6 tygodni.
Odpowiedź:
Termin udzielenia zamówienia i zawarcia umowy jest tożsamy. Zamawiający dokonuje jednak zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu.

Zapytanie 29:
W §6 siwz Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu” ust. Podano „…… w celu wykazania spełniania warunku Zamawiający wymaga wykazania realizacji jednej dostawy urządzeń RTG o wartości urządzeń nie mniejszej niż 200 zł netto”. Wnosimy o poprawienie oczywistego błędu pisarskiego występujące w wymaganej wartości dostawy.
Odpowiedź:
Zamawiający koryguje omyłkę pisarską, prawidłowa wartość to: 200 tys. zł, korektę uwzględnia się w siwz, w pliku „RAMIE_C_ZMIANA_SIWZ”, który Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej”.

Zapytanie 30:
W §4 ust. 3 Załącznika nr 4 do siwz „projekt umowy” Zamawiający wymaga „zapewnienia aparatu zastępczego na czas usuwania awarii czy usterki w okresie gwarancji”. Nie jest dopuszczalne wprowadzenie do pracy aparatu zastępczego bez uzyskania wymaganych pozwoleń SANEPID-u, których uzyskanie może trwać nawet miesiąc a przynajmniej kilka tygodni a przez to jest nieopłacalne. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i usunięcie tego wymagania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 31:
Dotyczy punktu 11: czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C posiadający skopię pulsacyjną w zakresie od 1 do 15 pulsów/s?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 32:
Dotyczy punktów 13 i 15: czy Zamawiający dopuści aparat posiadający dwa ogniska 0,5mm oraz 1,5mm? Rozwiązanie dwu ogniskowe jest rozwiązaniem bardziej funkcjonalnym niż wymagany.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że wówczas urządzenie powinno posiadać wirującą anodę.

Zapytanie 33:
Dotyczy punktu 14: czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C o maksymalnej filtracji 2,8mm Al. Zgodnie z obowiązującymi przepisami?Podana wartość jest zgodna z obowiązującymi przepisami (rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2011r. Dz.U. Nr 51 poz. 265) „dla wiązki użytecznej całkowita filtracja powinna być równoważna co najmniej 2,5mm”) oraz idealnie dopasowana do układu obrazowania wykorzystywanego przez oferowany aparat. Pozytywna odpowiedź na to pytanie umożliwi nam zaoferowanie najwyższej jakości aparatu RTG z ramieniem C o parametrach w większości przewyższających wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 34:
Dotyczy punktu 25: czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C o zakresie ruchu pionowego 20 cm, posiadającym jednocześnie pozostałe wymiary znacznie przewyższające wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź:
W punkcie 25 Zamawiający precyzuje wymagania dotyczące ruchu poziomego a nie pionowego.

Zapytanie 35:
Dotyczy punktu 33: prosimy o dopuszczenie aparatu z dźwignią, która steruje kołami, natomiast hamulce znajdują się przy kołach aparatu? To popularnie u większości producentów rozwiązanie jest co najmniej równoważne z opisanym oraz wygodniejsze w codziennej eksploatacji. W praktyce rozdzielenie tych funkcji zmniejsza prawdopodobieństwo uszkodzenia mechanicznego.
Odpowiedź:
Zgodnie z e specyfikacją.

Zapytanie 36:
Dotyczy punktu 34: czy Zamawiający dopuści aparat wyposażone w pedał z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 37:
Dotyczy punktu 35: czy zamawiający dopuści aparat wyposażony w uchwyt bezpośrednio przy wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu? Powyższe rozwiązanie nie ma wpływu na użytkowanie urządzenia jednocześnie eliminuje możliwość uszkodzenia mechanicznego wzmacniacza?
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 38:
Dotyczy punktu 44: czy Zamawiający dopuści aparat z matrycą 1024x1024 pikseli x 16bit? Wymagane 30 bit w postprocesingu nie ma racjonalnego / klinicznego uzasadnienia i jest jedynie opisem danego aparatu, który sztucznie ogranicza konkurencję. Obraz nigdy nie przekroczy negatywnej uzyskiwanej z detektora.
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 39:
Dotyczy punktów 39, 40, 41, 54: czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w dwa monitory LCD 19” TFT, 1280 x 1024 cd/m^{2}o kącie widzenia 175^2 zamontowane na osobnym wózku bez automatycznej regulacji jasności monitora w zależności od oświetlenia? Dwa monitory 19” pozwalają na prezentację obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegi w wymiarach większych niż na jednym monitorze, a iluminacja 1000 cd/m^2 pozwala na najlepszą widoczność we wszystkich warunkach w związku z tym nie jest wymagana automatyczna regulacja jasności i w monitorach najwyższej klasy nie jest stosowana. W praktyce osobny wózek z monitorami jest rozwiązaniem ergonomiczniejszym pozwalającym na umiejscowienie monitorów w dowolnym punkcie sali, bez względu na usytuowanie ramienia podczas zabiegu.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 40:
Dotyczy punktu 56: czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w panel dotykowy znajdujący się na wózku ramienia C, kolorowy do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii?
Odpowiedź:
Zgodnie z siwz.

Zapytanie 41:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 37 dni. W podanym przez Zamawiającego terminie nie ma możliwości dostarczyć nowego, nieużywanego i nie powystawowego urządzenia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji.

Składając ofertę, w której zgodnie z treścią odpowiedzi na zapytania Zamawiający dopuścił możliwość zmiany parametrów, należy dokonać stosownej zmiany w opisie w Formularzu Ofertowym.