

Załącznik nr 1

Opis minimalnych wymagań i parametrów przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania urządzeń o parametrach +/- 5% (margines tolerancji) od wartości w opisie przedmiotu zamówienia.

1. Zamawiający wymaga dostawy, montażu i rozruchu urządzenia do indukcyjnej stymulacji:

- indukcja magnetyczna 2,5 tesli,
- częstotliwość magnetyczna 1 - 150Hz,
- maksymalna częstotliwość stymulacji 28kT/s,
- czas trwania impulsu 0,01 - 60 (s),
- czas zabiegu 1 - 60 min,
- wybór kształtu impulsu,
- gotowe programy terapeutyczne - minimum 55,
- możliwość swobodnej modyfikacji gotowych protokołów zabiegowych i ich zapisywanie,
- tryb automatyczny i ręczny,
- kolorowy monitor dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 8” ,
- nawigacyjny atlas anatomiczny,
- baza danych pacjentów,
- wskaźnik intensywności pola magnetycznego,
- wskaźnik czasu trwania zabiegu,
- przycisk bezpieczeństwa,
- długość ramienia z aplikatorem nie mniej niż 100 cm,
- zasilanie 100V - 240V, 50-60Hz,
- temperatura pracy w zakresie od -10<sup>0</sup>C do +55<sup>0</sup>C
- instrukcja obsługi w języku polskim
- autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie RP
- w zestawie: jednostka główna, aplikator planarny, aplikator koncentrujący,

**„Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna**

**ul. Gen. F. Rzewuskiego 1**

**28-100 Busko - Zdrój**

ramię do aplikatora